

采购需求

- 注：1. 以下《采购需求说明》及《采购需求一览表》所列内容为采购人所提采购需求，供应商应认真仔细研究，投标时按招标文件要求响应。
2. 标有“*”的参数为实质性参数，必须满足，否则其响应无效。
3. 本项目招标文件通用部分第三章 “响应文件格式”中内容应根据项目需要和规定填写，如不需要，则填写无。
4. 投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用。
5. 成交供应商和采购人应按照采购文件确定的事项签订采购合同，所签订的合同不得对采购文件确定的事项和供应商的响应文件作实质性修改。
6. 本章中标注“▲”的产品/服务为主要标的，成交供应商提供的主要标的信息随评审结果一并公示（适用于指定发布平台）。

关于采购需求的说明

- *1. 投标产品或其生产（或经营）纳入备案管理时，须在响应文件中提供备案证明材料或者承诺函。如响应文件中未提供备案证明材料，应提供承诺函，承诺在合同签订前具有相应的生产（或经营）、所投产品的备案证明材料。《免于经营备案的第二类医疗器械产品目录》中的产品可不提供备案证明材料或者承诺函。
- *2. 所投产品在使用期间，使用科室反应所投产品质量差可能会影响手术质量的，成交供应商须更换不低于中标标的的质量的产品。如果拒绝更换，使用过程中因手术器械质量原因导致医疗事故的，成交供应商（乙方）承担一切后果。（提供承诺函并加盖公章）
3. 质保期：1 年。

采购需求一览表

序号	名称	技术参数和规格	数量	单位	备注
1	骨膜剥离器 1	材质要求 304 医用不锈钢。 长度≥300mm，刃宽≥3mm。 一头≥5°，一头≥15°。	1	把	
2	骨膜剥离器 2	材质要求 304 医用不锈钢。 长度≥300mm，刃宽≥3mm。 一头≥25°，一头≥30°。	1	把	
3	扩张器	材质要求 304 医用不锈钢。 长度≥130mm，直径 15mm； 长度≥150mm，直径 13mm；	2	套	

		长度 $\geq 170\text{mm}$, 直径 11mm; 长度 $\geq 175\text{mm}$, 直径 9mm; 长度 $\geq 185\text{mm}$, 直径 7mm; 长度 $\geq 200\text{mm}$, 直径 5mm。			
4	半套管牵 开器 1	材质要求 304 医用不锈钢。 半圆, 长度 50mm, 半径 $\leq 15\text{mm}$ 。	1	把	
5	半套管牵 开器 2	材质要求 304 医用不锈钢。 半圆, 长度 60mm, 半径 $\leq 15\text{mm}$ 。	1	把	
6	半套管牵 开器 3	材质要求 304 医用不锈钢。 半圆, 长度 70mm, 半径 $\leq 15\text{mm}$ 。	1	把	
7	骨科用神 经根拉钩 1	材质要求 304 医用不锈钢。 长度 $\geq 108\text{mm}$, 刃宽 4mm。	1	把	
8	骨科用神 经根拉钩 2	材质要求 304 医用不锈钢。 长度 $\geq 108\text{mm}$, 刃宽 6mm。	1	把	
9	双通道探 针 1	材质要求 304 医用不锈钢。 长度 $\geq 220\text{mm}$, 直角 5mm。	1	把	
10	双通道探 针 2	材质要求 304 医用不锈钢。 长度 $\geq 220\text{mm}$, 直角 7mm。	1	把	
11	双通道骨 刀 1	材质要求 304 医用不锈钢。 带刻度, 长度 $\geq 230\text{mm}$, 刃宽 5mm, 头部直型。	1	把	
12	双通道骨 刀 2	材质要求 304 医用不锈钢。 带刻度, 长度 $\geq 230\text{mm}$, 刃宽 5mm, 头部左弯。	1	把	
13	双通道骨 刀 3	材质要求 304 医用不锈钢。 带刻度, 长度 $\geq 230\text{mm}$, 刃宽 5mm, 头部右弯。	1	把	
14	双通道骨 刀 4	材质要求 304 医用不锈钢。 带刻度, 长度 $\geq 150\text{mm}$, 刃宽 5mm, 头部三角 型。	1	把	
15	终板刮匙 1	材质要求 304 医用不锈钢。 长度 $\geq 280\text{mm}$, 刃宽 5mm, 头部前弯头。	1	把	
16	终板刮匙 2	材质要求 304 医用不锈钢。 长度 $\geq 280\text{mm}$, 刃宽 $45^\circ \times 5\text{mm}$, 头部反口。	1	把	
17	终板刮匙 3	材质要求 304 医用不锈钢。 长度 $\geq 280\text{mm}$, 刃宽 $45^\circ \times 3\text{mm}$, 头部反口。	1	把	
18	Cage 调整 器 1	材质要求 304 医用不锈钢。 长度 $\geq 250\text{mm}$, 柱型。	1	把	
19	纤维环尖 刀	材质要求 304 医用不锈钢。 长度 $\geq 230\text{mm}$, 刃宽 $\leq 5\text{mm}$, 双面刃, 尖圆头。	1	把	
20	皮肤扩张 管	材质要求 304 医用不锈钢。 长度 $\geq 150\text{mm}$, 实心圆柱状, 外径 13-15mm。	1	把	

21	Cage 调整器 2	材质要求 304 医用不锈钢。 长度 $\geq 250\text{mm}$ ；前端带齿、月牙型。	1	把	
22	骨蜡涂抹器 1	材质要求 304 医用不锈钢。 双头，一边直头带倒齿，一边弯 90° 带倒齿，刃宽 $\leq 3\text{mm}$ 。	1	把	
23	骨蜡涂抹器 2	材质要求 304 医用不锈钢。 双头，一边直头带倒齿，一边弯 90° 带倒齿，宽 $\geq 5\text{mm}$ 。	1	把	
24	双通道骨刀	材质要求 304 医用不锈钢。 长度 $\geq 250\text{mm}$ ，刃宽 6mm ，头部 L 型、双刃口。	1	把	
25	旋转椎板钳头 1	材质要求 304 医用不锈钢。 工作长度 $\geq 200\text{mm}$ ，前端 $2.0 \times 130^\circ$ ，直头。	1	把	
26	旋转椎板钳头 2	材质要求 304 医用不锈钢。 工作长度 $\geq 200\text{mm}$ ，前端 $2.0 \times 130^\circ$ ，弯头。	1	把	
27	旋转椎板钳柄 3	材质要求 304 医用不锈钢。 枪型、卡扣式。	2	把	
28	椎板咬骨钳 1	材质要求 304 医用不锈钢。 枪型一体式，工作长度 $\geq 200\text{mm}$ ，前端 $3.0 \times 130^\circ$ ，直头。	1	把	
29	椎板咬骨钳 2	材质要求 304 医用不锈钢。 枪型一体式，工作长度 $\geq 200\text{mm}$ ，前端 $3.0 \times 130^\circ$ ，弯头。	1	把	
30	髓核钳 1	材质要求 304 医用不锈钢。 工作长度 $\geq 180\text{mm}$ ，前端水滴形， 4mm ，直头。	1	把	
31	髓核钳 2	材质要求 304 医用不锈钢。 工作长度 $\geq 180\text{mm}$ ，前端水滴形， 4mm ，弯头。	1	把	
32	髓核钳 3	材质要求 304 医用不锈钢。 工作长度 $\geq 200\text{mm}$ ，刃宽 3mm ，钳柄式，直头。	1	把	
34	黄韧带咬切钳	材质要求 304 医用不锈钢。 工作长度 $\geq 200\text{mm}$ ，前端 4mm ，弯头。	1	把	
35	神经根剥离子	材质要求 304 医用不锈钢。 长度 $\leq 180\text{mm}$ ，头部直角钩刃，刃长 2mm 。	1	把	
36	磨钻鞘管 1	材质要求 304 医用不锈钢。 长 $\geq 115\text{mm}$ ，外径 9mm ，内镜 7mm ，直头。	1	把	
37	磨钻鞘管 2	材质要求 304 医用不锈钢。 长 $\geq 100\text{mm}$ ，外径 9mm ，内镜 7mm ，微弯。	1	把	
38	磨钻鞘管 3	材质要求 304 医用不锈钢。 长 $\geq 95\text{mm}$ ，外径 9mm ，内镜 7mm ，大弯。	1	把	

39	磨钻鞘管 4	材质要求 304 医用不锈钢。 长 $\geq 115\text{mm}$ ，外径 9mm，内镜 7mm，后弯。	1	把	
40	内窥镜鞘 管 1	材质要求 304 医用不锈钢。 长 $\geq 120\text{mm}$ ，外径 6mm，内镜 4.1mm，后弯， 可锁。	1	把	
41	内窥镜鞘 管 2	材质要求 304 医用不锈钢。 长 $\geq 120\text{mm}$ ，外径 6mm，内镜 4.1mm，后弯。	1	把	
42	旋转椎板 钳头	材质要求 304 医用不锈钢。 长度 $\geq 200\text{mm}$ ，直，刃宽 1mm，角度 130° ， 超薄刃。	1	把	
43	▲髓核钳 1	材质要求 304 医用不锈钢。 指圈式，长度 $\geq 190\text{mm}$ ，刃宽 1mm，直头。	1	把	
44	髓核钳 2	材质要求 304 医用不锈钢。 指圈式，长度 $\geq 190\text{mm}$ ，刃宽 1mm，弯头。	1	把	
45	双头剥离 子	材质要求 304 医用不锈钢。 长度 $\geq 250\text{mm}$ ，刃宽 1-2mm（改成 1mm），一头 5° ，一头 15° 。	1	把	
46	神经探勾	材质要求 304 医用不锈钢。 长度 $\geq 220\text{mm}$ ，头部直径 1.2mm，长度 $\leq 3\text{mm}$ 。	1	把	

本项目核心产品一览表

序号	核心产品名称
43	▲髓核钳 1