

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	张世琼
	职称:	高级工程师
	工作单位:	安徽省财政信息中心
项目信息	项目名称:	蚌埠市第三人民医院精子形态、DNA碎片分析软件单一来源采购项目
	供应商名称:	广东友宁生物科技有限公司
专业人员论证意见	<p>蚌埠三院生殖队原本在原设备西班牙Microptic S. L SCA精子分析仪基础上安装软件模块精液开态子检查及DNA碎片项目,是原设备的升级改造。</p> <p>西班牙Microptic S. L SCA厂商提供为广东友宁生物科技有限公司提供,具有对应技术服务能力。故建议对西班牙Microptic S. L SCA精子分析仪配套软件模块单一来源采购。</p>	
专业人员签字	张世琼	日期 2024 年 6 月 27 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	李放	
	职称:	302	
	工作单位:	合肥市第一人民医院	
项目信息	项目名称:	蚌埠市第三人民医院精子形态、DNA碎片分析软件单一来源采购项目	
	供应商名称:	广东友宁生物科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>该医院现使用西班牙产Microp tic. S.L SCA精子分析仪. 现需升 级①形态学分析模块 ②DNA碎片 模块。目前国内尚无第三方替代产品 从设备的安全稳定性, 经济性匹配 性, 准确性方面考虑, 须采用单一来 源方式. 从产品指定代理商广东友 宁生物科技有限公司采购.</p>		
专业人员签字	李放		日期 2024 年 6 月 27 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 陈林	
	职称： 主治医师	
	工作单位： 合肥市第二人民医院	
项目信息	项目名称：蚌埠市第三人民医院精子形态、DNA碎片分析软件单一来源采购项目	
	供应商名称：广东友宁生物科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>该院现应用西班牙产的精子分析仪，目前仅开展精液浓度和活力分析项目，不能满足临床诊断需求，需要增加形态学分析模块、DNA碎片模块，这两个模块需与原主机配套使用，只能从原供应商处采购。</p> <p>该院现应用西班牙Microptic S.L SCA精子分析仪国内授权经销商为广东友宁生物科技股份有限公司，如需购置模块只能从原授权经销商采购。故建议该两个功能模块（软件）采购方式采用单一来源方式。</p>	
专业人员签字	陈林	日期 2024 年 6 月 27 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。