

# 宁国市人民医院内分泌耗材配送服务项目澄清公告

(项目编号: GN2025-36-0579)

各潜在投标人:

现将本项目投标人提出的问题和招标文件部分内容进行澄清。

一、本项目投标人提出的问题澄清如下:

**问题一:** 针对招标文件技术参数部分的第1包的品目1和品目2的第5条: “输注管路专利接口: P-cap专利接口(非鲁式接口), 具有: 密闭设置, 防漏连接提醒功能, 排气装置位于接口内部, 人性化拿捏手柄”。现市场上满足该参数的品牌不满足3家, 建议删除此条参数。

**答复:** 招标文件技术参数部分第1包的品目1和品目2的第5条参数删除。”

**问题二:** 针对招标文件技术参数部分第1包的品目1和品目2的第7条: “针头规格: 29G”。现市场上满足该参数的品牌不满足3家, 此条参数建议修改为: “针头规格: 26G”。

**答复:** 招标文件技术参数部分第1包的品目1和品目2的第7条参数修改为: “针头规格: 26G”。

**问题三:** 针对招标文件技术参数部分第1包的品目1和品目2的第8条: “针头长度: 6mm/8mm”。现市场上满足该参数的品牌不满足3家, 此条参数建议修改为: “针头长度: 6mm/9mm”。

**回复:** 招标文件技术参数部分第1包的品目1和品目2的第8条参数修改为: “针头长度: 6mm/9mm”。

**问题四:** 针对招标文件技术参数部分第1包的品目10的第★1条: “产品用于糖尿病患者(≥3岁)的组织间液葡萄糖水平的连接或定期监测”。现市场上满足该参数的品牌不满足3家, 建议删除此条参数。

**回复:** 招标文件技术参数部分第1包的品目10的第★1条修改为: “1. 产品用于糖尿病患者的组织间液葡萄糖水平的连续或定期监测。”

**问题五:** 针对招标文件技术参数部分第1包的品目10的第★2条: “监测时长≥10天, 有夜间分析、高低血糖提醒功能, 多日血糖对比可选。”现市场上满足该参数的品牌不满足3家, 此条参数建议修改为: “监测时长≥8天, 有夜间分析、高低血糖提醒功能, 多日血糖对比可选。”

**回复:** 招标文件技术参数部分第1包的品目10的第★2条, 市场上满足此条参数的品牌不低于三家, 此条参数不进行修改。

6. 评标办法前附表中: 所配送产品技术参数(25分) “1. 根据投标文件与招标文件要求的其它技术参数(标记“★”的技术参数)偏离情况进行评分。每满足一项得3分(以投标文件投标响应表载明的为准), 共7项, 满分21分。”修改为: “1. 根据投标文件与招标文件要求的其它技术参数(标记“★”的技术参数)偏离情况进行评分。每满足一项得3.5分(以投标文件投标响应表载明的为准), 共6项, 满分21分。”

7. 本项目开标时间(同投标文件递交截止时间)修改为2025年02月20日13:30。

8. 修改后的详细评审表见附件1。

招标文件与本公告冲突之处, 以公告为准。其余不变, 特此通知。

安徽省招标集团股份有限公司

2025年03月05日