

采购需求

前注:

1. 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定, 下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续, 经核准采购进口产品, 但不限制满足询价通知书要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 下列采购需求中: 如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品, 则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构 目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3. 下列采购需求中: 标注▲的产品, 供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	合同签订供货完成, 验收合格后一次性付清。
2	供货及安装地点	采购人指定地点
3	供货及安装期限	合同签订后 20 日历天
4	免费质保期	验收合格之日起 1 年

二、货物需求

序号	辅助器具名称	技术参数	数量	单位
1	轮椅	1、采用 SPCC 高频焊管, 壁厚约为直径 22.2×1.2, 牛津布硬座垫, 塑料防滑扶手, 高强度塑料脚踏板, 表面喷塑。 2、座背垫的宽度: 约为 45cm 3、从地面到座垫的高度: 约 50cm, 硬座垫的长度约 40cm 4、靠背的高度: 约为 45cm 5、坐垫到扶手的高度: 约为 28cm, 6、轮椅的总长: 约为 104cm, 轮椅总宽: 约为 63cm, 轮椅最高约为 89cm, 折叠后的宽度约为 29cm, 7、载重: ≥100kg, 充气轮胎, 约 8 寸 PVC 前轮, 约 24 寸充气后轮, 可配餐桌板。	个	352

2	四脚拐	<p>1.上支材质采用国家标准铝合金: 22.2 铝合金, 表面处理:阳极氧化, 壁厚约 1.25MM; 下支为高碳钢喷涂;</p> <p>2.人体工程学防滑舒适把手, 手感细腻;</p> <p>3.整体 10 档可调, 适合不同身高的人群使用;</p> <p>4.脚垫材质为加大加厚有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高橡胶脚垫, 内加金属片, 稳固耐用;</p> <p>5.加强稳固底座;</p> <p>6.尺寸:620-850mm; 净重:0.75KG;</p> <p>7.承重: 130KG;</p>	个	74
3	腋拐	<p>1.产品应符合 GB/T 19545.1-2012《单臂操作助力器要求和试验方法第 1 部分:肘拐杖》国家标准;</p> <p>2.主体材质为高强度铝合金, 铝合金表面烤漆或氧化处理。防滑手柄, 支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料;表面应精光, 光滑, 无啃头、刨痕、横茬、逆纹、沟纹和机械损伤, 手感应无毛刺;</p> <p>3.高度、握把可调节, 肘托高度可调节, 不少于 2 个型号;</p> <p>4.至少配备 2 个备用防滑支脚垫;</p> <p>▲ 5.手柄长度不小于 105mm,肘托内部宽度不小于 85mm,肘托内部高度不小于 100mm,臂部长度不小于 210mm,腿肘拐部长度不小于 930mm,支撑角 <math>\alpha 15^{\circ} \leq \alpha \leq 30^{\circ}</math> 手臂夹角 <math>\beta 100^{\circ} \leq \beta \leq 108^{\circ}</math>; (提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或影印件)</p> <p>6.手柄宽度应不小于 25mm 和不大 50mm;</p> <p>▲ 7.手柄宜采用防滑的形状, 以避免使用时从手中滑脱; (提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或影印件)</p> <p>8.支脚着地表面底部直径应不小于 35mm; (提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或影印件)</p> <p>9.承重 <math>\geq 100\text{kg}</math>;</p> <p>10.机械强度应符合分离试验、静载试验要求; (提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件)</p>	个	67

4	听书机 (盲人)	1、所有功能按键都具有语音提示功能； 2、所有功能按键均有凸点盲文和中文标识； 3、具有音频播放功能,可直接播放 TF 卡中预存的 MP3 或 WMA 音乐及有声书文件 (可做听书机使用) ； 4、具有 FM/AM 双波段收音机功能； 5、具有自动搜台和手动旋钮选台功能； 6、具有暂停播放功能； 7、具有音频循环播放功能，在音频模式下，具有文件夹、单曲、全部循环三种模式； 8、具有拉杆收音天线； 9、具有显示屏，显示屏可显示时间和操作信息； 10、具有手电筒功能； 11、具有童锁功能； 12、具有电子时钟、定时关机、录音功能； 13、具有闹钟功能，闹钟时具有响铃和震动提示； 14、具有语音报时功能； 15、具有 SOS 功能； 16、按键语音播报音量大小可调节； 17、具有低电量语音提示报警功能，当电量低时，会发出语音提醒，且电池图标会闪烁； 18、具有外置扬声器播放功能； 19、具备立体声耳机口输出； 20、可连接电脑可做读卡器使用； 21、可通过蓝牙连接做音箱使用； 22、电源规格：内置锂电池，充电电压：5V，可通过电脑 USB 或电源进行充电； 23、包装清单：主机、说明书保修卡、充电/数据线、手挂绳；	台	20
5	坐便椅	1、产品型号：产品采用铝合金坐便椅 2、产品尺寸：约为 53*48* (67~80.5) cm，座板尺寸约为 41*32*4cm 3、产品材质：铝合金+塑胶+人造皮革 4、产品承重：≥360 斤 5、产品净重：约为 5.4kg	把	124

6	洗浴凳	<p>1.主架材质采用航太铝合金材料，壁厚：2MM 表面阳极氧化处理；带扶手，凳面和靠背为带花洒口环保 PE 材料；凳面带出口孔，防止积水。</p> <p>2.加大防滑吸盘胶脚垫。</p> <p>3.尺寸:凳面约 400*335mm;靠背宽度约 40mm, 两扶手间距离约 410mm, 坐板离地高度约 375-505mm, 五档可调。</p> <p>4.净重:3.1KG。</p> <p>5.安全承重: 136KG。</p>	把	105
7	盲杖	<p>1. 产品符合 GB16930.1-2014《盲人手杖 安全色标志》和 GB16930.2-2009《盲杖 技术条件》标准;</p> <p>2. 颜色: 红白颜色;</p> <p>3. 杆身外表具有反光膜复盖, 夜间行走遇有车灯照射, 杆身会自然 警示反光;</p> <p>4. 杆身长度尺寸 (mm) : 1200~ 1500, 折叠后长度 ≤350;</p> <p>5. 手柄最小长度 (mm) : ≥150;</p> <p>6. 手柄材质: 环保材料, 无毒、无害、无异味、不吸水、不褪色、易于清洗、防滑、绝缘; 结构设计应适合盲杖使用中正确握持, 不易从手中滑落; 手柄上端应装有弹性腕带, 并易于更换;</p> <p>7. 杖尖材质: 耐磨、绝缘、振动传导信号, 并且在水泥、沥青、砖 质等硬质路面上使用、有敲击声反馈, 易于更换, 杖头采用耐磨性 能优良的材料做成旋转头, 杖头采用多向旋转设计;</p> <p>8. 杆身材质: 铝合金, 外径≥13mm, 壁厚≥1mm, 并经阳极氧化 处理, 具有耐磨, 不氧化的特点;</p> <p>9. 手柄松紧绳橡胶制成, 具有回弹性强, 耐拉, 抗老化特点。</p> <p>10. 转动部件转动灵活, 连接部件链接牢固, 折叠部件方便折叠和打 开, 不应有卡滞现象;</p> <p>11. 铝合金管口采用软塑胶防护衬套, 防止松紧绳因多</p>	根	38

		次折叠发生断裂；  12. 使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺；  13. 正常使用时，各部件材料不应掉色，不应使皮肤、衣服着色；  14. 每只盲杖配有独立包装袋。		
8	成人假肢	具体参数，中标后，根据采购人要求定制	例	15
9	儿童矫形器	具体参数，中标后，根据采购人要求定制	例	50
10	儿童辅助器具	具体参数，中标后，根据采购人要求定制	件	50

### 三、报价要求

#### 1、报价方式：

(1) ☒ 总价报价：响应报价不得高于最高限价，否则做无效标处理；

(2) ☐ 费率报价：；

(3) ☐ 单价报价：；

(4) ☐ 其他：；

备注：说明内容按照采购项目实际情况自行填写。

#### 四、其他要求

无