

阜阳市第三人民医院全自动化学发光  
免疫分析仪配套试剂及耗材采购项目  
拟采用单一来源

论  
证  
会  
议  
纪  
要

2024年11月22日

一、论证小组成员名单：

姓名	身份证号码	职称（职务）	手机号
王元富	342425196306016715	主任	13505601653
王胜春	34010419660318255X	主任	18909696299
陈业农	340103196502203511	教授	13965070538

采购人参会代表名单：

姓名	身份证号码	职称（职务）	手机号

二、论证结果：

详见附件《非招标采购方式专家论证意见表》。


三、论证小组其他建议：

---


四、论证小组签字：

经全体论证小组综合评审，得出本论证结论，现由全体论证小组成员签字，对论证结论负责。

成员签字：



---



---



---

## 非招标采购方式专家论证意见表

采购单位	阜阳市第三人民医院	项目名称	阜阳市第三人民医院全自动化学发光免疫分析仪配套试剂及耗材采购项目
用户名称	阜阳市第三人民医院	预算金额	8.7万元/年，3年共26.1万元
招标机构	安徽安天利信工程管理股份有限公司	项目负责人	杨松
满足要求供应商家数及名称	<p>满足要求供应商家数：一家</p> <p>供应商名称：阜阳颍田医疗器械销售有限公司</p> <p>单一来源说明：</p> <p>阜阳市第三人民医院在用全自动化学发光免疫分析仪为迈克 I1000，该设备只能配套迈克牌全自动化学发光检测试剂盒使用，因此本次采购项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一种情况：只能从唯一供应商处采购，特此说明。</p>		
专家论证意见	<p>该院目前在用迈克全自动化学发光免疫分析仪为迈克 I1000，该设备只能配套使用迈克牌全自动化学发光检测试剂盒，且根据院方提供的迈克牌全自动化学发光检测试剂盒的生产、授权证完整无缺。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款情形，只能从唯一供应商处采购，建议该项目从该地区唯一合法供应商“阜阳颍田医疗器械销售有限公司”采用单一来源方式采购。</p>		
专家签字			签字日期 2024.11.22

## 非招标采购方式专家论证意见表

采购单位	阜阳市第三人民医院	项目名称	阜阳市第三人民医院全自动化学发光免疫分析仪配套试剂及耗材采购项目
用户名称	阜阳市第三人民医院	预算金额	8.7 万元/年，3 年共 26.1 万元
招标机构	安徽安天利信工程管理股份有限公司	项目负责人	杨松
满足要求供应商家数及名称	<p>满足要求供应商家数：一家</p> <p>供应商名称：阜阳颍田医疗器械销售有限公司</p> <p>单一来源说明：</p> <p>阜阳市第三人民医院在用全自动化学发光免疫分析仪为迈克 I1000，该设备只能配套迈克牌全自动化学发光检测试剂盒使用，因此本次采购项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一种情况：只能从唯一供应商处采购，特此说明。</p>		
专家论证意见	<p>该院在用设备为迈克 i1000 全自动化学发光免疫分析仪。该设备只研配套迈克全自动化学发光检测试剂盒使用。其他品牌试剂无法配套使用。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一种情况，只能从唯一供应商处采购。建议采用单一来源方式从唯一授权供应商阜阳颍田医疗器械销售有限公司处采购。</p>		
专家签字			签字日期 2024.11.24

## 非招标采购方式专家论证意见表

采购单位	阜阳市第三人民医院	项目名称	阜阳市第三人民医院全自动化学发光免疫分析仪配套试剂及耗材采购项目
用户名称	阜阳市第三人民医院	预算金额	8.7万元/年，3年共26.1万元
招标机构	安徽安天利信工程管理股份有限公司	项目负责人	杨松
满足要求供应商家数及名称	<p>满足要求供应商家数：一家</p> <p>供应商名称：阜阳颍田医疗器械销售有限公司</p> <p>单一来源说明：</p> <p>阜阳市第三人民医院在用全自动化学发光免疫分析仪为迈克 I1000，该设备只能配套迈克牌全自动化学发光检测试剂盒使用，因此本次采购项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一种情况：只能从唯一供应商处采购，特此说明。</p>		
专家论证意见	<p>医院在用设备为迈克 I1000 全自动化学发光免疫分析仪，该设备只能配套迈克牌全自动化学发光检测试剂盒使用，其它品牌试剂无法配套使用。本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一种情况：只能从唯一供应商处采购。建议采用单一来源方式，从唯一授权供应商 阜阳颍田医疗器械销售有限公司处采购。</p>		
专家签字			签字日期 2024.11.22.