

皖南医学院弋矶山医院江北院区输液类药品配送及配套建设服务项目（二次）更正公告

一、项目基本情况

原公告的项目编号：24AT186026805919

原公告的项目名称：皖南医学院弋矶山医院江北院区输液类药品配送及配套建设服务项目

首次公告日期：2024年10月09日

二、更正信息

更正事项：☒招标公告 ☒招标文件 ☐采购结果

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	项目概况	拟通过公开招标方式确定一家药品配送企业，承担皖南医学院弋矶山医院江北院区基础输液的供应及配送，并完成相关的延伸服务。同时为招标人建设满足全院约1000张床位患者静脉用药集中静配中心（PIVAS），包括工程建设、设备的购置和安装、软件的配备、培训与验收取证、后期维护等相关服务（含人员配备）。 本项目参照BRT-5年，其中静脉用药集中调配中心（PIVAS）建设期为120日历天。包括但不限于深化设计、装饰工程、设备采购安装、调试等全部内容，并保证调配中心通过相关部门检测验收合格。	拟通过公开招标方式确定一家药品配送企业，皖南医学院弋矶山医院江北院区基础输液的供配送，并完成相关的延伸服务。中标人需建设用药集中静配中心（PIVAS），以满足江北院区1000张床位患者诊疗需求，包括工程建设、设购置和安装、软件的配备、培训与验收取证、维护等相关内容（含人员配备）。 静脉用药集中调配中心（PIVAS）建设期为120日，交付使用后，合作期5年。
2	服务期限	本项目参照BRT-5年，其中静脉用药集中调配中心（PIVAS）建设期为120日历天	静脉用药集中调配中心（PIVAS）建设期为120日，交付使用后，合作期5年
3	A2型生物安全柜	5台外形尺寸不小于1800mm，空气洁净度100级（ $\geq 0.5\mu\text{m}$ ， ≤ 3.5 粒/L），下降风速 $\geq 0.32\text{m/s}$ ，流入风速 $\geq 0.55\text{ m/s}$ ，噪音 $\leq 62\text{db(A)}$ ，照度 $\geq 650\text{Lx}$ （均值），功率 $\geq 1.0\text{Kw}$ ，排风方向顶出。	4台。外形尺寸不小于1800mm，空气洁净度100（ $\geq 0.5\mu\text{m}$ ， ≤ 3.5 粒/L），下降风速 $\geq 0.32\text{m/s}$ ，风速 $\geq 0.55\text{ m/s}$ ，噪音 $\leq 62\text{db(A)}$ ，照度 $\geq 650\text{Lx}$ （均值），功率 $\geq 1.0\text{Kw}$ ，排风方向顶出
4	B2型生物安全柜	2台	4台
5	智能配药机器人	4台	台数由投标人自行拟定
6	本项目招标文件获取时间延长至：2024年10月27日17时30分（北京时间）。		
7	其余修改详见本次更正公告附件		

更正日期：2024年10月13日

三、其他补充事宜

招标文件其它内容不变，本次公告内容作为本项目招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力，请各投标人及时查看。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：皖南医学院弋矶山医院

地 址：安徽省芜湖市赭山西路2号

联系方式：0553-5739103

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称：安徽安天利信工程管理股份有限公司

地 址：安徽省合肥市蜀山区蜀鑫路69号（创业大道与蜀鑫路西南角）

联系方式：0551-63736257、17355121499

3. 项目联系方式

项目联系人：苏俊玮、刘勇

电 话：0551-63736257、18656008160