

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王平	
	职称: 正高	
	工作单位: 淮北市口腔医院	
项目信息	项目名称: 萧县中医院透析室血透机维保采购项目	
	供应商名称: 费森尤斯医药用品(上海)有限公司	
专业人员论证意见	<p>鉴于该项目具有以下特殊性:</p> <p>1. 该采购项目两次采购均因供应商不足3家而失败。</p> <p>2. 该项目维保的血透机型为最新型号, 维修时所需的配件耗材等为生产厂家独有, 市场上无法买到。</p> <p>3. 该项目所需的维保技术较高, 除厂家技术人员外, 市场上尚不能满足其需求。</p> <p>为充分利用现有资源(已购的血透机), 更加安全地为患者服务, 建议本次采购单独采购。</p>	
专业人员签字	王平	日期 2024年5月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 苏和立	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 沂州市卫生健康	
项目信息	项目名称: 萧县中医院透析室血透机维保采购项目	
	供应商名称: 费森尤斯医药用品(上海)有限公司	
专业人员论证意见	<p>鉴于该维保项目具有以下特点:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 2次招标均不足3家而失败;2. 设备零配件是维保的重要保障,且来源是唯一的。3. 只有生产厂家能提供设备的配件及维护保养。 <p>建议: 采取单一来源方式采购该维保项目。</p>	
专业人员签字	苏和立	日期 2024年5月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李传富	
	职称: 副高	
	工作单位: 淮北职业技术学院	
项目信息	项目名称: 萧县中医院透析室血透机维保采购项目	
	供应商名称: 费森尤斯医药用品(上海)有限公司	
专业人员论证意见	<p>① 本项目二次采购均已失败。</p> <p>② 原单位使用的费森尤斯4008A血透机和血滤机已出现故障,无法使用,现急需使用。</p> <p>③ 费森尤斯牌机生产厂家唯一,市场占有率低,零配件不易购买。</p> <p>④ 多数维修公司,工程对此型号维修经验不足,且零配件不欠,维修时间长,费用高。</p> <p>鉴于以上原因,建议采用单一货物来源采购。</p>	
专业人员签字	李传富	日期 2024年5月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。