




单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	采购人：阜阳市人民医院	
	项目名称：阜阳市人民医院心外科、普外肛肠病区、重症监护室、神经内科、呼吸科等一批医疗耗材单一来源采购项目一包	
	供应商名称：安徽致仁医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>经查询，该心脏二尖瓣夹系统制造商为上海捍宇医疗科技股份有限公司，介入人工心脏瓣膜、自膨股介入瓣膜（经心尖）生产商为苏州杰成医疗科技有限公司，上述两种产品分别由其制造商国内独家生产，产品具有唯一性和不可替代性；</p> <p>安徽致仁医疗科技股份公司是上述两种产品制造商指定的唯一授权经销商，该产品销售渠道单一，具有唯一性。</p> <p>根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）项之规定，建议上述两种产品采用单一来源方式进阶采购。</p>	
专业人员签字	 	日期：2024年11月25日


注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	采购人：阜阳市人民医院
	项目名称：阜阳市人民医院心外科、普外肛肠病区、重症监护室、神经内科、呼吸科等一批医疗耗材单一来源采购项目二包
	供应商名称：安徽博言智慧医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>1. 独创性和新颖性：此次使用随封式造影球囊导管系安徽医创联医疗科技有限公司独家供应，具有唯一性。</p> <p>2. 安徽博言智慧医疗科技有限公司与安徽医创联医疗科技有限公司为唯一授权经销商（详见附件），具有来源途径唯一性。不存在代理性。</p> <p>综上，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）项关于单一来源采购之规定，建议采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	 日期：2024年11月25日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写


单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	采购人：阜阳市人民医院
	项目名称：阜阳市人民医院心外科、普外肛肠病区、重症监护室、神经内科、呼吸科等一批医疗耗材单一来源采购项目三包
	供应商名称：安徽美迪科医疗设备有限公司
专业人员论证意见	<p>1. 采购人拟采购的血液净化管路、一次性使用引流袋为医院现有设备北京伟力WLGX-888型血液净化机的配套耗材，其他品牌管路无法配套使用，属于专机专用，具有不可替代性。</p> <p>2. 安徽美迪科医疗设备有限公司为生产商北京伟力新世纪科技发展股份有限公司授权阜阳市人民医院耗耗材唯一经销商。</p> <p>综上，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十二条第一项规定，建议该项目采用单一来源采购。</p>
专业人员签字	

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写



日期：2024年11月25日

单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	采购人：阜阳市人民医院
	项目名称：阜阳市人民医院心外科、普外肛肠病区、重症监护室、神经内科、呼吸科等一批医疗耗材单一来源采购项目四包
	供应商名称：安徽舒睿医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>该项目为医院在用设备费森尤斯CON.TEC血液成分分离机配套使用血浆置换组件，分离吸附置换膜治疗组件，膜型血浆分离器等耗材的采购任务，受技术及操作等限制，只有原厂配套耗材才能兼容使用。其他品牌无兼容配置，另该品牌耗材在本地经销商销售，且由其总代理公司统一授权经销商安徽舒睿医疗科技有限公司采购。</p> <p>根据《中华人民共和国政府采购法》第31条第（一）项之规定，建议该品单一来源采购拟选择公司。</p>
专业人员签字	 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 日期：2024年11月25日 </div>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	采购人：阜阳市人民医院
	项目名称：阜阳市人民医院心外科、普外肛肠病区、重症监护室、神经内科、呼吸科等一批医疗耗材单一来源采购项目五包
专业人员论证意见	<p>采购人拟采购的氧气电极是安徽煜凯医疗器械有限公司生产的，具有唯一性。</p> <p>采购人现有的主机设备为多尔博，拟采购的氧气电极杯是与主机配套使用，由供应商负责配套，采购流程应选择品名后直接采购。</p> <p>综上，依据《政府采购法》第31条第1项进行单一来源采购的规定，建议采用单一来源采购。</p>
专业人员签字	  日期：2024年11月25日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	阜阳市人民医院
拟采购产品名称	血浆置换组件、血细胞分离机分离吸附治疗置换套件、膜型血浆分离器
拟采购产品金额	8.4万元
采购项目所属项目名称	阜阳市人民医院心外科、普外肛肠病区、重症监护室、神经内科、呼吸科等一批医疗耗材单一来源采购项目四包
采购项目所属项目金额	401.55万元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述:	
进口产品硬件优势:	
一、产品主要用途:	
1、血浆置换组件用于治疗性血浆交换、红细胞交换;	
2、血细胞分离机分离吸附置换治疗套件用于治疗性血浆分离;	
3、膜型血浆分离器为了进行血液净化，用膜将血浆从血液中分离出。	
二、业务需求	
1、进口血液成分分离机设备采用挤压板动力系统，控制精度高，板间距离控制精度可达到0.1mm，可以确保分离出的血小板不受损，国产品牌采用气泵驱动方式，控制精度低，易损伤血小板。	
2、进口血液成分分离机配套管路为专机专用，目前没有国产管路可以替代，并且使用	

进口管路可以更好保护献血者安全及血小板质量。

三、产品要求

1、血浆置换组件

PL1, 与 COM. TEC 血细胞分离机配套使用, 进行治疗性血浆交换。

(1) 适用于我院费森尤斯品牌的 COM. TEC 血液成分分离机。

(2) 结构及组成/主要组成成分: 该耗材配合及其用于治疗性血浆置换, 由泵连接头、滤过器、管路及管路连接器部件组成, 一次性使用, 经环氧乙烷灭菌。

2、血细胞分离机分离吸附置换治疗套件

(1) 适用于我院费森尤斯品牌的 COM. TEC 血液成分分离机。

(2) 结构及组成/主要组成成分: 产品由离心分离腔、滴定腔、管路、容器袋(废液袋)、适配器、流量夹、滤过器组成。 一次性使用, 经环氧乙烷灭菌。

3、膜型血浆分离器

EC-1A20, 与 COM. TEC 血细胞分离机配套使用, 进行血液净化。

(1) 适用于我院费森尤斯品牌的 COM. TEC 血液成分分离机。

(2) 结构组成/主要组成成分乙烯. 乙烯醇共聚合物。

EC-2A20, 与 COM. TEC 血细胞分离机配套使用, 进行血液净化。

(1) 适用于我院费森尤斯品牌的 COM. TEC 血液成分分离机。

(2) 结构组成/主要组成成分乙烯. 乙烯醇共聚合物。

EC-3A20, 与 COM. TEC 血细胞分离机配套使用, 进行血液净化。

(1) 适用于我院费森尤斯品牌的 COM. TEC 血液成分分离机。

(2) 结构组成/主要组成成分乙烯. 乙烯醇共聚合物。

EC-4A20, 与 COM. TEC 血细胞分离机配套使用, 进行血液净化。

(1) 适用于我院费森尤斯品牌的 COM. TEC 血液成分分离机。

(2) 结构组成/主要组成成分乙烯. 乙烯醇共聚合物。

三、专家论证意见

根据采购人业务需求，结合国内外产品现状，对阜阳市人民医院拟采购的进口血液成分分离机配套耗材的合规性和必要性进行充分讨论，形成以下意见：

1. 进口血液成分分离机设备采用挤压板动力系统，控制精度高，板间距离控制精度可达到 0.1mm，可以确保分离出的血小板不受损，国产品牌采用气泵驱动方式，控制精度低，易损伤血小板。
2. 进口血液成分分离机配套管路为专机专用，目前没有国产管路可以替代，并且使用进口管路可以更好保护献血者安全及血小板质量。
3. 该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中禁止或限制进口产品；

综上所述：目前国产品牌和进口品牌在功能及性能方面存在差距，并且不能进行替代，为更好满足临床工作需求，须采购进口产品。

专家签字：

张晓 阎黎 陈军 张雷
2024年11月25日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	阜阳市人民医院
拟采购产品名称	氩气电极
拟采购产品金额	5.6万元
采购项目所属项目名称	阜阳市人民医院心外科、普外肛肠病区、重症监护室、神经内科、呼吸科等一批医疗耗材单一来源采购项目五包
采购项目所属项目金额	401.55万元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述:	
进口产品硬件优势:	
一、产品主要用途	
(1) 氩气电极和医院现有高频氩气系统配套使用，非接触电凝技术；器械自动识别：即插即用；自动搜索病变组织；电凝深度浅表均匀无炭化、汽化现象，无异味操作简便、安全；	
(2) 用于狭窄性肿瘤消融可用于保守治疗危及生命的狭窄等；	
(3) 狹窄再通治疗以确保后续的支架植入更方便；	
(4) 肿瘤内生长/过度生长 - 短暂的激活，使组织降温和皱缩，以使支架上的热能得到适当转移；	
(4) 止血作用。	
二、业务需求	
1、进口产品无需转换接头可与医院现有设备爱尔博 APC2 氩气主机配合使用，国产同类产品目前暂不能与医院现有设备配套使用；	
2、进口产品具有消融功能，国产同类产品目前暂不具备此项功能。	
三、产品要求	
1、无需转换接头可与爱尔博 APC2 氩气主机配合使用	
2、具有直喷、侧喷、环喷 20 多种规格可供选择	
3、具有色环标记，保证镜子使用安全	
4、具有末端压力恒定系统	
5、带过滤器，直径 2.3mm, 长 2.2m	
6、具有消融功能	
7、可配合强力、脉冲、精细等多种 APC 模式使用	

三、专家论证意见

根据采购人业务需求，结合国内外产品现状，对阜阳市人民医院拟采购的进口氩气电极的合规性和必要性进行充分讨论，形成以下意见：

- 1、根据采购人业务需求及临床使用要求，采购需求合理；
- 2、该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中禁止或限制进口产品；
- 3、在采购需求方面：

(1) 进口产品无需转换接头可与医院现有设备爱尔博 APC2 氩气主机配合使用，国产同类产品目前暂不能与医院现有设备配套使用；

(2) 进口产品具有消融功能，国产同类产品目前暂不具备此项功能。

结论：综上，采购人拟采购的进口氩气电极功能和技术需求合理，国产同类产品目前不能满足其所需功能，须采购进口产品。

专家签字：

孙强 胥璐 陈亮明 张雷
张雷

2024年11月25日