

各潜在投标人：

现对“上海市第一人民医院蚌埠医院多光谱皮肤镜图像处理工作站采购项目”（招标编号：GN2025-35-1877）招标文件作如下答疑：

1、招标文件第四章评标办法详细评审标准“所投产品技术参数及要求响应情况：

评分因素	评分因素权重 分值	评分标准
所投产品技术参数及要求响应情况	34分	<p>1. 标注“▲”的技术参数，每有一项不满足的扣8分，本项满分24分，扣完为止。</p> <p>2. 未标注“▲”的技术参数为基础指标项，全部满足得10分，有1条或2条未响应（或负偏离）的得5分，超过2条未响应（或负偏离）的不得分。</p> <p>重要参数（标记“▲”的技术参数）负偏离超过2项的，第1小项不得分；全部参数负偏离超过5项的，此项技术参数及要求响应情况不得分。</p> <p>注：1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可；</p> <p>2、以技术规格偏离表和要求提供的证明资料为准。未标注“★”的技术参数响应情况以技术规格偏离表中的响应情况为准；标注“★”的条款，须提供相关证明材料，如招标文件中明确要求证明材料类型，则以招标文件明确要求的材料为准，如未明确证明材料的类型，则以技术支持资料作为评审依据，技术支持资料包括：医疗器械注册证、具有“CMA”标识且在有效期内的检测或检验报告扫描件、由放射卫生技术服务机构出具的且在有效期内的检测或检验报告、技术彩页、技术白皮书、官网截图等，提供其中之一即可。</p>

现更正为：

评分因素	评分因素权重 分值	评分标准
------	--------------	------

所投产品技术参数及要求响应情况	34分	<p>1. 标注“▲”的技术参数，每有一项不满足的扣8分，本项满分24分，扣完为止。</p> <p>2. 未标注“▲”的技术参数为基础指标项，全部满足得10分，有1条或2条未响应（或负偏离）的得5分，超过2条未响应（或负偏离）的不得分。</p> <p>重要参数（标记“▲”的技术参数）负偏离超过2项的，第1小项不得分；全部参数负偏离超过5项的，此项技术参数及要求响应情况不得分。</p> <p>注：1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可；</p> <p>2、以技术规格偏离表和要求提供的证明资料为准。未标注“▲”的技术参数响应情况以技术规格偏离表中的响应情况为准；标注“▲”的条款，须提供相关证明材料，如招标文件中明确要求证明材料类型，则以招标文件明确要求的材料为准，如未明确证明材料的类型，则以技术支持资料作为评审依据，技术支持资料包括：医疗器械注册证、具有“CMA”标识且在有效期内的检测或检验报告扫描件、由放射卫生技术服务机构出具的且在有效期内的检测或检验报告、技术彩页、技术白皮书、官网截图等，提供其中之一即可。</p>
-----------------	-----	--

招标文件其他内容不变，特此答疑澄清。

安徽省招标集团股份有限公司

2025年4月18日