

# 安徽理工大学第一附属医院采购心内科耗材项目03包：经导管主动脉瓣膜及可回收系统-瓣膜澄清公告

## 一、项目基本情况

项目编号：24AT186048805382-003

首次公告日期：2024年8月19日

## 二、更正信息

1、招标文件第四章货物需求一览表及技术规格第二部分技术参数要求03包经导管主动脉瓣膜及可回收系统-瓣膜结构及组成/主要组成成分第1小条：“裙边：内外双层裙边，外裙边不低于10mm”变更为“裙边：内外双层裙边”

2、招标文件第四章货物需求一览表及技术规格第二部分技术参数要求03包经导管主动脉瓣膜及可回收系统-瓣膜结构及组成/主要组成成分第2小条：“输送系统类型：电动+手动备用”变更为“输送系统类型：电动或手动备用”

3、本项目投标文件递交截止时间暨开标时间变更为2024年10月11日13:30分（北京时间）

## 三、其他补充事宜

此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请各潜在投标人查看下载更正后的澄清文件，以更正后的澄清文件制作投标文件。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

招标人：安徽理工大学第一附属医院

地 址：淮南市田家庵淮滨路203号

招标代理机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司

地 址：安徽省合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦

联 系 人：周工、黄工、刘工

电 话：15345601212/0551-63736272/0551-63736257

邮 箱：rjzhou@ahbidding.com